

VEB Freiburger Präzisionsmechanik

Freiberg (Sachs), Hainichener Str. 2a

DDR

von der Deutschen Schiffs-Revision und -Klassifikation (DSRK) anerkannte Prüfstelle

Prüfschein Nr. IV/2270 Trommel = Sextant Nr.: 762317
 Test Certification No. = Sextant No.:

Nach jeder an dem Gerät vorgenommenen Änderung bzw. Reparatur wird dieser Prüfschein ungültig
 In case of any alteration or repairs at the instrument, this test certification is to be cancelled

Hersteller: **VEB Freiburger Präzisionsmechanik** Zulassungs-Nr. 5.91/2033/1/1
 Producer: Register-No.

Ableseung Reading	Teilung Division	Optik Optical System	Vergrößerung Magnification	Beschaffenh. d. Spiegel Condition of Mirrors	Anzubringende Verbesserung b. Benützung d. Verdunklungsgläs. Correction to be made for using shades	
Gradbogen Limb	70	Astr. Fernrohr Astronomical Telescope	4,0	Großer Spiegel Large Mirror	Großer Spiegel Large Mirror	Kleiner Spiegel Small Mirror
Trommel Micrometer	1'	Terr. Fernrohr Terrestrial Telescope		Kleiner Spiegel Small Mirror	1	1
Nonius Vernier	10"		2	2		
Skala Scale	10"		3	3		
				4	4	

40 Jahre

Anzubringende Korrektur wegen Exzentrizität des Gerätes

Corrections because of exzentricity

Bei / At	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Korrektur Correction	-5"	-15"	-20"	-30"	-45"	-50"	-55"	-50"	-50"	-50"	-40"	-40"

Bemerkung: Das Instrument entspricht den Bedingungen der DSRK

Note: This instrument conforms to the conditions of the DSRK

Gebühren: 30- M

Dues:

Ort und Datum **Freiberg** 30.09. 1976

Place and Date

Im Auftrag der DSRK Hermersdorfer

By order of the DSRK